



oferujemy

przemysłowe
czujniki temperatury
przewody kompensacyjne
termometry szklane
przetworniki temperatury
przetworniki wilgotności
przetworniki ciśnienia
manometry
zawory
wskaźniki
termostaty
regulatory
przełączniki
rejestratory
kalibratory
piece kalibracyjne
grzałki

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent : LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Skrudlak 1

Deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Głowicowe czujniki temperatury typu :

..T..GB-..Exi-..., ..T..GN-..Exi-..., ..T..T-..Exi-..., ..T..P-..Exi-..., ..T..I-..Exi-...,
..T..SW-..Exi-..., ..T..SWG-..Exi-..., ..T..SWT-..Exi-..., ..T..GWN-..Exi-...,

spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**Dyrektywy 2014/34/UE z 26.02.2014 „W sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich...” oraz norm zharmonizowanych:**

PN-EN 60079-0:2018, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 50303:2004,
PN-EN 60079-26:2015

co zostało potwierdzone **Certyfikatem badania typu WE KDB 07ATEX055X**
z 15.06.2007 z **Uzupełnieniami nr 1÷4** z 4.11.2009, 16.06.2010, 3.03.2012
i 9.02.2015 oraz **Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości nr**
GIG 18ATEXQ070 z 19.02.2018 wydanymi przez:

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Notyfikowana nr 1453
40-166 Katowice, Plac Gwarków 1

Powyższe czujniki otrzymują oznaczenie:

I M1 Ex ia I Ma lub

1453 **II 2G Ex ia IIC T6-T1 Gb** lub

II 1/2G Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb lub

II 1D Ex ia IIC T85 °C Da

Warunki stosowania :

Czujniki montować i podłączać wg Instrukcji Obsługi i Bezpieczeństwa
nr DTR-EExi-GL01.



Certyfikat nr QS/67/20

Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia
XII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000201394

Zarząd
Zbigniew Juskiewicz
Kapitał Zakładowy
700 000 zł
NIP: 737-19-66-189

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Zbigniew Juskiewicz

Limanowa, dnia 12.03.2020 r.
data wystawienia